



Экз.№1

**Федеральная служба
Российской Федерации
по контролю за оборотом
наркотиков**

Генеральному директору
ЗАО Институт хроматографии
«ЭкоНова»
г. Новосибирск

**ДЕПАРТАМЕНТ СПЕЦИАЛЬНОГО
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

М.П. Перельройзену

101990, Москва, ул. Маросейка, 12

Тел. (095) 921-5283

Факс. (095) 928-0208

10.03.05г. № 9/2/625

Уважаемый Михаил Петрович!

Экспертно-криминалистическим управлением 9 Департамента Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков проведена апробация жидкостного хроматографа "Милихром А-02" с целью возможности использования прибора в экспертно-криминалистических подразделениях Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.

На высокоэффективном жидкостном хроматографе "Милихром А-02" были отработаны методики исследования наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ как при анализе модельных смесей и аналитических образцов, так и при выполнении исследований реальных объектов химической: экспертизы. Полученные результаты были проверены и подтверждены другими методами физико-химического анализа.

Хроматограф "Милихром А-02" показал высокую надежность, простоту и удобство эксплуатации, пригодность его для решения большого ряда криминалистических задач.

На основании изложенного, полагаю, что жидкостной хроматограф "Милихром А-02" может быть рекомендован для оснащения экспертно-криминалистических подразделений ФСКН России.

Начальник Экспертно-
криминалистического управления

А.М. Черенков